



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi,/9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290272

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA TELEMATICA RELATIVA
ALLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE DA LABORATORIO
(LOTTO 1) E ARREDI DA UFFICIO E VARI (LOTTO 2) DA DESTINARE ALLA NUOVA
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI
FASC. 25/2014**

CHIARIMENTI A QUESITO– 5° PARTE - AGGIORNAMENTO DEL 12/05/2014

Domanda

Invece del frigorifero di larghezza dim. cm 172 con capacità di circa 2.000 litri richiesto nella stanza PT_A_19 , è possibile offrire un frigorifero di dimensioni esterne cm 216 e di capacità superiore?

Tale richiesta è resa necessaria dal fatto che non è possibile verificare dalla pianta fornita l'effettiva possibilità di inserire dimensioni maggiori in quanto il frigorifero in questione non è riportato in quella stanza.

Risposta

Se trattasi di dotazione con caratteristiche superiori l'offerta viene ritenuta accettabile.
In caso di divergenza tra piantina e allegato tecnico prevale quest'ultimo documento.