

I.Z.S.L.E.R.	BABESIA CANIS IFA KIT	STA 81657 REV 0 Data emissione 01/08/2019 Pag. 1 di 1
---------------------	------------------------------	--

R. Taddei	MC Fontana	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	81657

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

BABESIA CANIS IFA KIT

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

kit immunologico indiretto a fluorescenza per la rilevazione di anticorpi di classe IgG contro Babesia canis nel siero o nel plasma canino

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DETERMINAZIONI =DT

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit da utilizzare su campioni di siero o plasma di cane, per la determinazione qualitativa o semi-quantitativa delle IgG verso Babesia canis
- Confezionamento: non superiore a 10 vetrini da 10-12 pozzetti
- Vetrini costituiti da pozzetti contenenti cellule infettate con B. canis, sottoposti ad inattivazione
- Compreso di anticorpo coniugato anti IgG di cane marcato con fluoresceina (FITC)
- Compreso di controlli positivi e negativi e liquido di montaggio
- Altro: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA **NO** **X SI** (specificare sotto)

Certificato analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B)
Scheda di sicurezza o Dichiarazione di non pericolosità

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA **x NO** **SI** (specificare sotto quantità)

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//