

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>KIT ANTI PRRS SUINO HERDCHEK</b>	<b>STA 65349 REV 0 Data emissione 10/07/2024 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

<b>G. De Lorenzi</b>	<b>A. Luppi</b>	<b>M. Ossoli</b>	<b>M.P. Olivieri</b>	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65349

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ANTI PRRS SUINO HERDCHEK****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

DT : DETERMINAZIONE

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Test immunoenzimatico atto a svelare la presenza di anticorpi nei confronti del virus della PRRS in campioni di siero e plasma suino. Il kit è formato da strips adsorbite con antigeni ricombinanti del virus della PRRS. L'espressione del risultato è in valori S/P.
- Confezionamento :1 kit costituito da 5 piastre (12 strips utilizzabili singolarmente) massimo n° 480 dt

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**

**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**     NO     SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA**     NO     SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 kit (480 dt) in caso di prodotti mai acquistati

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

il kit in prova sarà testato su sieri di riferimento e/o di campo con stato sanitario noto o precedentemente analizzati dal laboratorio per comparare i risultati ottenuti e confermarne titolo e corretta identificazione.