

I.Z.S.L.E.R.	PIASTRA PETRI PLASTICA STERILE 90x14mm	STA MLPLAST1009804 REV 0 Data emissione 24/03/2025 Pag. 1 di 2
---------------------	---	---

P. Bergonzini	S. Rota Nodari	M. Ossoli	M.P.Olivieri	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	MLPLAST1009804

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

PIASTRA PETRI PLASTICA STERILE 90x14mm

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = Pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polistirolo

Caratteristiche prodotto finito: trasparente, antigraffio, atossico, superfici perfettamente piane, assenza di sbavature su tutti i margini, solido (resistenza meccanica allo schiacciamento)

Diametro interno fondo: 86,0 ÷ 88,0 mm

Diametro esterno fondo: 88,8÷89,5 mm

Peso totale piastra: ≥13,5 gr

Altezza fondo: ≥13 mm

Aerazione piastra: min 7 tacche di ventilazione

Sterilizzazione: produzione in camera bianca e sterilizzazione raggi gamma o trattamento equivalente;

Confezionamento: max n° 600 pezzi per scatola, poste su bancali 80x120cm

Separatori (o sistemi equivalenti) per dividere le pile dei sacchetti presenti in ogni scatola per protezione meccanica alle sollecitazioni da movimentazione (evidenza di fessurazioni, sbrecciature o rottura delle piastre e conseguente perdita di sterilità)

25 piastre per sacchetto sigillato e resistente

Chiusura sacchetto: Il "baffo" lungo di chiusura del sacchetto deve essere posizionato sul lato del fondo piastra, nella pila.

Etichettatura: all'esterno di ogni scatola devono essere riportati: lotto, scadenza, tipologia ed evidenza di sterilizzazione

Altro: impilabilità verticale delle piastre
adattabilità all'impiego su impianti automatici di distribuzione in uso unico lotto per bancale

I.Z.S.L.E.R.	PIASTRA PETRI PLASTICA STERILE 90x14mm	STA MLPLAST1009804 REV 0 Data emissione 24/03/2025 Pag. 2 di 2
--------------	--	---

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**☐ NO☒ SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA☐ NO☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1000 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Prova di adattamento ai distributori automatici e alla distribuzione manuale
Prove di impacchettamento
Resistenza al trasporto